

佐賀県医療センター好生館 陰圧維持管理装置 賃貸借単価契約 に関する仕様書

項目番号	要件
1	対象となる陰圧維持管理装置は、ケーシーアイ株式会社製の以下の機器であること。
1	1 「ActiV. A. C型陰圧維持管理装置」
1	2 「InfoV. A. C型陰圧維持管理装置」
1	3 「V. A. C ULTA型陰圧維持管理装置」
1	4 上記1-1から1-3に挙げた機器の後継機種が出た場合、当該賃貸借業務の対象とする。
2	<b>その他</b>
2	1 当館の求めに応じて、機器の搬入、設置、試運転、回収、その他必要となる対応を行うこと。
2	2 使用歴のある機器を再度賃貸借する場合、感染制御の対策を徹底すること。
2	3 賃貸借中の機器に不良が発覚した場合、当館の求めに応じて速やかに1時間以内に保守等対応を行うこと。
2	4 患者の日常生活に合わせて使用するため、当館の求めがあれば説明を都度行うこと。
2	5 機器の発注について、その様式は問わず、当館と貸与者間における協議で決定すること。
2	6 機器は、すぐに使用できる状態で当館の指示する場所に納品すること。
2	7 当月の使用実績に応じた請求を、翌月10日までに当館に対して行うこと。
2	8 本契約の契約期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。