

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 生体情報モニタ 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名				数量
生体情報モニタ				一式
品名	規格(型番)	メーカー名		
内訳	モニタ本体	CU-172R	日本光電工業	2
	記録紙	FQW50-2-100 A721	日本光電工業	2
	リアオプションボード	Q1-171P	日本光電工業	2
	SD カード	QM-150P	日本光電工業	2
	データアキュイジションユニット	JA-170P	日本光電工業	2
	マルチアンプユニット	AA-174P	日本光電工業	2
	ヘッドサイドモニタ	BSM-1763	日本光電工業	2
	バッテリーパック	SB-170P X161	日本光電工業	2
	マルチガス/フロユニット	GF-320R	日本光電工業	2
	成人用ウォータートラップ	YG-300P V924A	日本光電工業	2
	新生児用ウォータートラップ	YG-301P V924B	日本光電工業	2
	接続ケーブル	K978	日本光電工業	2
	レコーダユニット	WS-171P	日本光電工業	2
	筋弛緩モジュール	AF-101P	日本光電工業	2
	筋弛緩モジュール	AF-201P	日本光電工業	1
	DAU 接続ケーブル	YS-118P1	日本光電工業	2
	レコーダ接続ケーブル	YS-118P8	日本光電工業	2
	プロトコル変換インターフェース	QF-903P	日本光電工業	2
	通信ケーブル	IF-948P	日本光電工業	2
	バッテリーパック	X162B	日本光電工業	2
	RS02 モジュール	INVOS-SPS1/2CH	日本光電工業	1
プロトコル変換インターフェース	QF-802P	日本光電工業	1	
サイドオプションボード	QI-152P	日本光電工業	2	
DVI-I-RGB ケーブル	YS-116P4	日本光電工業	2	

2. 接続に関して

- ① モニタ本体(CU-172R)は当館で運用している統合型臨床情報システムと LAN(100BASE-TX)を用いたソケット通信により連携できること。
- ② 項目①で示した統合型臨床情報システムは日本光電工業株式会社製「PrimeGaia」であることを明示する。

3. その他納入に関して

- ① 令和3年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の設置調整費用は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]の費用は含まない)
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。
- ⑧ 機器やシステムの納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑨ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑩ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑪ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30分～1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑫ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑬ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑭ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2名以上に対し、当館が指定する日時・場所で開催すること。
- ⑮ 納入後1年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑯ 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。