

# 佐賀県医療センター好生館 尿一般検査関連機器 調達業務仕様書

## 1. 機器構成

機器名			数量
尿一般検査関連機器			一式
品名	型番・規格	メーカー名	
内 訳	全自動尿分取装置	UA・ROBO-2000RFID	テクノメディカ 1
	尿中有形成分分析装置	AI-4510	アークレイ 1
	ブリッジ接続ユニット	AX-AI	アークレイ 1
	ブリッジ接続ユニット	UA-01	アークレイ 1
	軽量作業台	—	サカエ 1
	顕微鏡本体	BX43F	エビデント 2
	LED ランプハウス	U-LHLEDC	エビデント 2
	電源ケーブル	UYCP-11-D	エビデント 2
	3芯2芯アダプター	UYCP-AD32	エビデント 2
	微分干涉6ヶ穴レボルバー	U-D6RE	エビデント 2
	広視野三眼鏡筒	U-TR30-2	エビデント 2
	観察用接眼レンズ	WHN10X	エビデント 2
	ヘリコイド付接眼レンズ	WHN10X-H	エビデント 2
	左下ハンドルステージ	U-SVLB-4	エビデント 2
	1枚検鏡用厚クレンメル	U-HLST-4	エビデント 2
	ステージハンドルゴム	U-SHG	エビデント 2
	ハネノケ式コンデンサー	U-SC3	エビデント 2
	ポラライザー	U-POT	エビデント 1
	簡易偏光用アナライザー	U-GAN	エビデント 1
	対物レンズ 10X	PLN10X	エビデント 2
	対物レンズ 20X	PLN20X	エビデント 2
	対物レンズ 40X	PLN40X	エビデント 2
	ダストカバー	COVER-018	エビデント 2
	DP23 デスクトップPCセット	—	エビデント 1
	Cマウントカメラアダプタ — 0.5X	U-TV0.5XC-3	エビデント 1
	液晶ディスプレイ 50型	FW-50BZ30L	SONY 1
	天吊金具	TH-B74S	エビデント 1
	遠心機	S300T	久保田商事 2

	スイングロータ	RS-240A	久保田商事	2
	15ml バケット×24 バケット (4 個1組/底ゴム実装)	0537340	久保田商事	2
	実験台	—	—	1

## 2. 機器構成に関する追記事項

- ① 軽量作業台について
  - ・W1500mm 以上、D750mm 以上、H600～800 mmであること。
- ② 実験台について
  - ・W1500mm 以上、D750mm 以上、H800 mm以上であること。

## 3. 接続に関して

- ① 全自動尿分取装置、尿中有形成分分析装置は、当館で運用している「検体検査システム」との連携を想定している。
- ② ①で示した「検体検査システム」は HONEST 社製「HARTLEY」であることを明示する。
- ③ 上記の連携費用に関して、今回の調達範囲に含むものとする。

## 4. その他納入に関して

- ① 令和8年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了すること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費等は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[空調・給排水等]費用は含まない)
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 機器やシステムの納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑧ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑨ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。

- ⑩ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30分～1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑪ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑫ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑬ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2名以上に対し、当館が指定する日時・場所で実施すること。
- ⑭ 納入後1年間に行つた調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑮ 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。