# 佐賀県医療センター好生館　一般X線撮影間接変換FPD装置　調達業務仕様書

## 1．　機器構成

| 機器名 | | | | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 一般X線撮影間接変換FPD装置 | | | | 一式 |
| 品名 | | 型番・規格 | メーカー名 | |
| 内訳 | CALNEO　Flow　G47 | DR-ID 1831 SE | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | Flow用バッテリパック（軽量タイプ） | DR1800 SE BATTERY S | 富士フイルムメディカル | 3 |
| | Flow用スターターキット | DR-ID 1800 STARTER KIT D3 | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | Smart用MCソフトウェア | DR-ID 1200 MC SOFT | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | Flow/Smart共通バッテリチャージャー | DR1200 SE BATTERY CHARGER B | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | Smart用ドッキングスタンド | DR-ID 1200 DS | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | パネル - ドッキングスタンド用SEアダプター | DR1200 SE-DS ADAPTER | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | CR/DR設置消耗品キット | SETTI KIT/M | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | Virtual Gridソフトウェア（ライセンス） | DX CL VIRTUAL GRID SWL | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | 機器置台 | ― | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | 初年度落下保証 | ― | 富士フイルムメディカル | 1 |
| | VG設定費 | ― | 富士フイルムメディカル | 1 |

## 2．　機器構成に関する追記事項

① 機器置台について

・Smart用ドッキングスタンド（DR-ID 1200 DS）1台を置くことを想定している。

② 初年度落下保証について

・納入後1年間、通常使用の範囲内での故障は全額保証とすること。

・納入後1年間、FPDパネル部の落下故障については、1回目は全額保証、2回目以降は半額保証とすること。

## 3．　その他納入に関して

① 令和8年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。

② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない)
③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
⑦ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
⑧ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
⑨ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、早急に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
⑩ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
⑪ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
⑫ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2 名以上に対し、当館が指定する日時・場所で実施すること。
⑬ 納入後 1 年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
⑭ 納入後 1 年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。