

佐賀県医療センター好生館 令和8年度 透析装置定期消耗部品交換 仕様書

1. 部品交換対象機器

機器名	規格	メーカー名	数量	備考
逆浸透透析用水精製装置	MSR751PC-HV-21+L111NJ	日本ウォーターシステム	1	2018年購入
A 剤溶解装置	AHI-502	東亜ディーケーケー	1	2023年購入
B 剤溶解装置	BHI-502	東亜ディーケーケー	1	2023年購入
多用途透析用監視装置	DCS-200Si	日機装	2	2023年購入
多用途透析用監視装置	DCS-100NX	日機装	6	2016年購入
多用途透析用監視装置	DCG-03	日機装	1	2016年購入
個人用透析監視装置	DBB-200Si	日機装	1	2023年購入
個人用透析監視装置	DBB-100NX	日機装	1	2020年購入
個人用透析監視装置	DBB-100NX	日機装	1	2016年購入
透析液供給装置	DAB-50Si	日機装	1	2025年購入

2. 交換部品

- ・別紙のとおり。

3. その他

- ・作業費、交通費、廃棄処分費、搬入等の一切の諸経費は、契約相手方の負担とする。
- ・本仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、当館と協議の上決定するものとする。

1. 交換部品一覧について

【別紙】

対象機器名	部品名	規格	数量	単位
逆浸透透析用水精製装置 MSR751PC-HV-21+L111NJ 日本ウォーターシステム (2018年購入、1台)	イオン交換樹脂	-	60	L
	支持骨材	-	15	L
	軟水機メンテナンスキット	-	1	式
	RO三方MV(MV9)	-	1	個
	RO入口SV(SV1)	-	1	式
	リターンSV部品(SV4)	-	1	式
	原水タンクフロートスイッチ	-	2	個
	原水タンクポールタップ	-	1	個
	UVランプ	JUV-1000-U-M	1	本
	エアフィルター(耐熱)	JF-A-5.0-H-A	1	個
	フィルタハウジング用パッキン	-	1	個
	カーボンフィルタハウジング用パッキン	-	1	個
	ROポンプメカニカルシール	-	1	式
	原水ヒーター電磁接触器	-	1	個
	原水ポンプ電磁開閉器	-	1	個
	シーケンサバッテリー	-	1	個
	サンプリングポートゴム栓	M90P20-026	5	個
	水質分析(原水・RO水)	-	2	検体
	透析用水12項目検査キット	-	1	検体
	5インチ5μフィルタ	M40F10-145	8	個
10インチカーボンフィルタ	M40F10-133	8	個	
フィルタエレメント10μ 30インチ	M40F10-056	4	個	
30インチカーボンフィルタ	M40F10-222	12	個	
A剤溶解装置 AHI-502 東亜ディーケーケー (2023年購入、1台)	循環ポンプヘッド	-	1	個
	母管洗浄用電磁弁	-	1	個
	モータバルブ MV3	-	1	個
	モータバルブ MV6	-	1	個
	シリコンチューブ 6×12 0.1m	-	1	式
	シリコンチューブ 12×18 6m	-	1	式
	シリコンチューブ 15×23 0.8m	-	1	式
	シリコンチューブ 25×23 0.8m	-	1	式
	サンロンVチューブ 3×6 1m	-	1	式
	サンロンVチューブ 18×24 2m	-	1	式
	排気ファン(502)	-	1	個
消毒液タンク用フィルタ	-	1	個	
B剤溶解装置 BHI-502 東亜ディーケーケー (2023年購入、1台)	循環ポンプヘッド	-	1	個
	母管洗浄用電磁弁	-	1	個
	モータバルブ MV3	-	1	個
	シリコンチューブ 6×12 0.1m	-	1	式
	シリコンチューブ 12×18 6m	-	1	式
	シリコンチューブ 15×23 0.8m	-	1	式
	シリコンチューブ 25×23 0.8m	-	1	式
	サンロンVチューブ 3×6 1m	-	1	式
	サンロンVチューブ 18×24 2m	-	1	式
	殺菌灯 2本	-	1	式
	シリコン栓(大・小組) 2組	-	1	式
	殺菌灯保護管 2本	-	1	式
	サンプリング口用部品	-	1	式
	エア抜き用電磁弁	-	1	個
消毒液タンク用フィルタ	-	1	式	

多用途透析用監視装置 DCS-200Si 日機装 (2023年購入、2台)	フィルタ組立(6.5Φ)	X01-001301	2	個
	フィルタ組立(8Φ)	X01-001401	2	個
	カップリング(DLJ-03)アカ	C06-000101	2	個
	カップリング(DLJ-03)アオ	C06-000102	2	個
	透析液Cポートキット	X66-000600	2	個
	Oリング	R01-158B15	2	個
	背圧弁ダイヤフラム	D03-027A00	6	個
	カスケードポンプキット	X66-000700	2	個
	インペラ	X95-001000	4	個
	複式ポンプキット	X66-000800	2	個
	除水ポンプキット	X66-003900	2	個
	電磁弁交換キット	V01-002020	20	個
	排液ポートキット	X66-001500	2	個
	ポペットバルブ	X04-504W00	2	個
	Oリング	R01-036B14	2	個
	CFリークテストキット	X66-006900	2	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	4	個
	レベル調整ポンプ しごき部	X06-345W00	2	個
	バッテリー	B17-000400	2	個
	カットフィルタ	EF-02	8	本
多用途透析用監視装置 DCS-100NX 日機装 (2016年購入、6台)	フィルタ組立(8Φ)	X01-001401	6	個
	フィルタ組立(6.5Φ)	X01-001301	6	個
	DLJ-03メンテナンスキット	C06-000110	12	個
	透析液Cポートキット	X66-000600	6	個
	Oリング	R01-158B15	6	個
	背圧弁ダイヤフラム	D03-027A00	18	個
	カスケードポンプキット	X66-000700	6	個
	複式ポンプキット	X66-000800	6	個
	除水ポンプキット	X66-003900	6	個
	電磁弁交換キット	V01-002020	48	個
	CFリークテストキット	X66-001300	6	個
	レベル調整ポンプ しごき部	X06-345W00	6	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	6	個
	カットフィルタ	EF-02	24	本
多用途透析用監視装置 DCG-03 日機装 (2016年購入、1台)	フィルタ組立(6.5Φ)	X01-001301	1	個
	フィルタ組立(8Φ)	X01-001401	1	個
	ダイヤフラム	D03-027A00	3	個
	インペラ	X60-099B00	2	個
	メカニカルシール	S03-019A10	2	個
	Oリング	R01-036B22	2	個
	Oリング	R01-036B41	2	個
	Oリング	QB2401-P7-F4D	4	個
	Eリング	R01-171A01	2	個
	複式ポンプキット	X66-000800	1	個
	除水ポンプキット	X66-003900	1	個
	バルブ(キット)	V01-002020	8	個
	CFリークテストキット	X66-001300	1	個
	DLJ-03メンテナンスキット	C06-000110	2	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	2	個
	カットフィルタ	EF-02	4	本

個人用透析監視装置 DBB-200Si 日機装 (2023年購入、1台)	ダイヤフラム(H1,H2,L)	D03-027A00	3	個
	ダイヤフラム(A)	D03-030A00	1	個
	ダイヤフラム(B)	D03-034A00	1	個
	カスケードポンプキット	X66-000700	1	個
	インペラ	X95-001000	2	個
	複式ポンプキット	X66-000800	1	個
	除水ポンプキット	X66-0003900	1	個
	原液注入ポンプ 交換キット	X66-000500	2	個
	電磁弁&CFリークテスト バルブ(キット)	V01-002020	12	個
	電磁弁&CFリークテスト 交換部品キット	X66-001300	1	個
	透析液ポート(Aポート、Cポート) 交換部品 キット	X66-000600	1	個
	Oリング	R01-158B15	1	個
	原液用フィルタ組立(2.5Φ)	X06-370W00	2	個
	原液ノズルOリング	R01-200A04	2	個
	カップリング(DLJ-03)アカ	C06-000101	2	個
	カップリング(DLJ-03)アオ	C06-000102	2	個
	薬液ライン組立(次亜)	X01-253801	1	個
	薬液ライン組立(酢酸)	X01-253802	1	個
	薬液ボトル(次亜)	X07-354W04	1	個
	薬液ボトル(酢酸)	X01-061602	1	個
	排液ポートキット	X66-001500	1	個
	ボペットバルブ	X04-504W00	1	個
	Oリング	R01-036B14	1	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	2	個
	薬液電磁弁	V01-262B00	1	個
	レベル調整ポンプ しごき部	X06-345W00	1	個
	バッテリー	B17-000400	1	個
カットフィルタ	EF-02	4	本	
個人用透析監視装置 DBB-100NX 日機装 (2020年購入、1台)	フィルタ組立(6.5Φ)	X01-001301	1	個
	フィルタ組立(5Φ)	X01-001501	1	個
	フィルタ組立(2.5Φ)	X06-370W00	2	個
	ダイヤフラム	D03-027A00	3	個
	背圧弁組立(B)	X06-708W01	1	個
	背圧弁組立(A)	X06-708W00	1	個
	カスケードポンプキット	X66-000700	1	個
	複式ポンプキット	X66-000800	1	個
	ギヤヘッド組立	X01-0302110	1	個
	除水ポンプキット	X66-0003900	1	個
	原液注入ポンプキット	X66-000500	2	個
	カム組立	X05-882Z00	3	個
	電磁弁&カッター部 バルブ(キット)	V01-002020	12	個
	CFリークテストキット	X66-001300	1	個
	透析液Cポートキット	X66-000600	1	個
	Oリング	R01-158B15	1	個
	しごきチューブ組立	X06-345W00	1	個
	DLJ-03メンテナンスキット	C06-000110	2	個
	原液ノズルOリング	R01-200A04	2	個
	薬液電磁弁	V01-262B00	1	個
	薬液ライン組立(次亜)	X01-253801	1	個
	薬液ライン組立(酢酸)	X01-253802	1	個
	薬液ボトル(次亜)	X07-354W04	1	個
	薬液ボトル(酢酸)	X01-061602	1	個
	フィルタ(ファン用)	F03-073A00	2	個
	カットフィルタ	EF-02	4	本

個人用透析監視装置 DBB-100NX 日機装 (2016年購入、1台)	フィルタ組立(6.5Φ)	X01-001301	1	個
	フィルタ組立(5Φ)	X01-001501	1	個
	フィルタ組立(2.5Φ)	X06-370W00	2	個
	ダイヤフラム	D03-027A00	3	個
	背圧弁組立(B)	X06-708W01	1	個
	背圧弁組立(A)	X06-708W00	1	個
	カスケードポンプキット	X66-000700	1	個
	複式ポンプキット	X66-000800	1	個
	除水ポンプキット	X66-000900	1	個
	原液注入ポンプキット	X66-000500	2	個
	電磁弁&カットール部 バルブ(キット)	V01-002020	12	個
	CFリークテストキット	X66-001100	1	個
	透析液Cポートキット	X66-000600	1	個
	Oリング	R01-158B15	1	個
	しごきチューブ組立	X06-345W00	1	個
	DLJ-03メンテナンスキット	C06-000110	2	個
	原液ノズルOリング	R01-200A04	2	個
	薬液電磁弁	V01-262B00	1	個
	薬液ライン組立(次亜)	X01-253801	1	個
	薬液ライン組立(酢酸)	X01-253802	1	個
薬液ボトル(次亜)	X07-354W04	1	個	
薬液ボトル(酢酸)	X01-061602	1	個	
フィルタ(ファン用)	F03-073A00	2	個	
カットフィルタ	EF-02	4	本	
透析液供給装置 DAB-50Si 日機装 (2025年購入、1台)	DAB-50Si PMキットA	X66-010001	1	式

2. 交換部品に関して

①水質分析(原水・RO水)

・pH,シリカ,導電率,TDS,電解質の項目についての水質分析(原水・RO水)であること。

②透析用水12項目検査キット

・12項目(Ca,Mg,K,Na,Pb,Al,総塩素,Cu,フッ化物,硝酸塩、硫酸塩,Zn)の検査キットであること。