

入札条件書

物 件 名	通信機能付バイタルサイン測定機器一式調達業務
調 達 物 品 の 等 仕 様	別紙のとおり
予 定 数 量	別紙のとおり
契 約 方 法	一般競争入札
納 入 期 限	令和4年10月20日
納 入 場 所	佐賀県医療センター好生館
契 約 保 証 金	地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第18条第1項第3号の規定により免除
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・ 当館で使用中のNEC社製電子カルテシステム（MegaOakHR）に連携すること。・ 搬入、設定等一切の諸経費を含む。・ 入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。・ 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則による。

(入札条件書別紙1)

対象物品

構成 品目	発売元名	品名	規格	単位	購入数量
1		測定機器連携費用		式	1
2	テルモ	体温計	ET-C217S	本	50
3	テルモ	エレマーノ 2	ES-H56D	個	50
4	テルモ	ファインパルスSP2	ZS-NS06	個	50

測定機器連携 技術仕様

要求仕様
1 バイタルサイン電子カルテ連携アプリケーションに関して、以下の要件を満たすこと。
1-1使用中また使用予定の電子カルテシステムに当アプリケーションを追加して運用する機能を有すること。
1-2システム構築には、専用サーバの追加が必要ないこと。
1-3当アプリケーションは電子カルテ端末より起動され、測定値取込み画面が開かれること。
1-4取込み画面が開かれた状態で、電子カルテ端末に接続されたもしくは内蔵された通信用NFCポートに測定がタッチされると、測定値と測定日時を取込む機能を有すること。
1-5取り込まれた測定値と測定日時は、電子カルテ端末で行った認証に紐付けて管理する機能を有すること。
1-6電子カルテ端末から時刻情報を個別の測定機器に送信し、同期化する機能を有すること。
1-7保守、メンテナンスは従来もしくは同等のシステムが導入される前の費用でまかなわれること。