

佐賀県医療センター好生館 ハイブリッドER関連備品 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名			数量
ハイブリッドER関連備品			一式
品名	型番・規格	メーカー名	
内 訳 含鉛アクリル防護衝立 1.0mmPb W900×H1800×D590mm	PS-8-B	保科製作所	2
含鉛防護衝立専用棚 W900*D300mm PS-8 専用棚		保科製作所	2
プラム器械卓子(二段式)	080-241-23/PR-848	村中医療器	2
防護衣エプロン S サイズ (プレミアライトワンタッヂエプロン)	PAO-S	保科製作所	3
防護衣エプロン M サイズ (プレミアライトワンタッヂエプロン)	PAO-M	保科製作所	4
防護衣エプロン L サイズ (プレミアライトワンタッヂエプロン)	PAO-L	保科製作所	4
防護衣掛け (スタンド式 12枚掛けハンガー)	PHS-12	保科製作所	1
プラム処置車(造影剤作業用)	080-244-02/PR-991	村中医療器	1

2. その他納入に関して

- ① 令和8年4月5日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑧ 付属する消耗品及び機器に関して、仕様変更等が生じた際はその旨を速やかに伝えるとともに、発注者の指示に従い対応すること。
- ⑨ 故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても

修理等の対応、連絡体制が整備されていること。

⑩ 落札後、色味等についての打合せを実施すること。

⑪ 固定物について、耐震対応を行うこと。

⑫ 物品等の移設業者と連携を図り、搬入・設置等の日程調整を行うこと。