

佐賀県医療センター好生館 手術用内視鏡システム 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名				数量
手術用内視鏡システム				一式
品名	型番・規格	メーカー名		
4K3D モニター(32 インチ)	KTM351	カールストルツ	1	
IMAGE1 S コネクトⅡ (キーボード付)	KTC201EN	カールストルツ	1	
IMAGE1 S 4U リンク	KTC304	カールストルツ	1	
IMAGE1H3 リンク	KTC300	カールストルツ	1	
パワーLED Rubina	KTL400	カールストルツ	2	
エンドフレーター50	KUI500	カールストルツ	1	
インサーフレーションチューブ	KUI004	カールストルツ	1	
Sパイロット	KUP501S1	カールストルツ	1	
吸引チューブU	MAJ-591	カールストルツ	2	
IMAGE1S 4U Rubina カメラヘッド	KTH121	カールストルツ	2	
ファイバーライトケーブル	K495NCSC	カールストルツ	2	
KTH121 用滅菌ケース	K39301Z3TS	カールストルツ	2	
HOPKINS Rubina テレスコープ 30°	K26003BRA	カールストルツ	1	
滅菌ケース 520×90×45	K39301CS	カールストルツ	1	
LCD プロテクター	X-FLX-001	カールストルツ	1	
デジタルカラープリンタ	KUP-DR80MD	カールストルツ	1	
COR カート	KUG110U/KUG300 KUG520/KUG605 KUG603/KUG709 KET21-1042	カールストルツ	一式	
12G-SDI ケーブル(10m)	-	-	1	
HDMI-SDI コンバーター	-	-	1	
壁用耐圧ホース(10m)	-	-	1	

2. 機器構成に関する追記事項

- ① 壁用耐圧ホース(10m)について
当館の壁配管と気腹装置を繋ぐホースを想定しており、上記の使用に耐えうる物品とする。

3. その他納入に関して

- ① 令和6年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない)
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 機器やシステムの納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑧ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑨ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑩ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30分～1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑪ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑫ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑬ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2名以上に対し、当館が指定する日時・場所で開催すること。
- ⑭ 納入後1年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑮ 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。