

佐賀県医療センター好生館 超音波手術器 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名				数量
超音波手術器				一式
品名		規格(型番)	メーカー名	
内 訳	SONOPET IQ コンソール	5500-050-000	日本ストライカー	1
	SONOPET IQ 25kHz アンクルハントピース	5500-255-000	日本ストライカー	1
	M トルクレンチ未滅菌(HMF-040) 25MA 用	5450-800-039	日本ストライカー	1
	SONOPET IQ 滅菌ケース	5500-800-278	日本ストライカー	1
	SONOPET IQ ワイヤレスフットスイッチ	5500-008-000	日本ストライカー	1
	SONOPET IQ 専用カート	5450-850-410	日本ストライカー	1
	SONOPET IQ 滅菌ドレープ	5500-472-000	日本ストライカー	1 (4 個入/箱)
	ディスプレイサブルキャニスター	5450-851-012	日本ストライカー	1 (12 個入/箱)
	SONOPET IQ イリゲーションサクションカセット	5500-573-000	日本ストライカー	2 (4 個入/箱)
	SONOPET IQ 12CM MICRO チップセット	5500-25S-309	日本ストライカー	2 (4 個入/箱)
	SONOPET IQ 12CM STANDARD チップセット	5500-25S-307	日本ストライカー	2 (4 個入/箱)
	SONOPET IQ 12CM MICRO CLAW チップセット	5500-25B-315	日本ストライカー	2 (4 個入/箱)
	SONOPET IQ 20CM STANDARD チップセット	5500-25S-301	日本ストライカー	1 (4 個入/箱)
	SONOPET IQ 20CM APEX 360 チップセット	5500-25B-302	日本ストライカー	1 (4 個入/箱)

2. その他納入に関して

- 令和3年3月31日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- 機器の設置調整費用は、今回の調達範囲に含むこと。(一次側設備[電気・空調・給排水等]の費用は含まない)
- 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。

- ⑧ 機器やシステムの納入から起算して 1 年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑨ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑩ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑪ 機器やシステムに関して当館からの依頼がある場合、30 分～1 時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑫ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑬ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑭ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2 名以上に対し、当館が指定する日時・場所で実施すること。
- ⑮ 納入後 1 年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑯ 納入後 1 年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。